＜物　件＞

遠心分離器（遠心沈殿器）　仕様書

1	物件名称	遠心分離器（遠心沈殿器）
2	品質・形状・寸法又は型式	仕様書別紙のとおり。
3	グリーン物品の指定	指定しない。
4	数　　量 （単価契約の場合は予定数量）	１台
5	納入期限	平成26年3月31日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地　横須賀市健康安全科学センター
7	特記事項	・別紙詳細仕様書に適合する機種を納入のこと。 ・本件には、運搬・搬入・据付費用を含むものとする。 ・納入日は事前に連絡・調整を行うこと。 ・物品の搬入においては、エレベータの使用が可能である。また建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、業者の責任において復旧すること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納品後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、 別途協議するものとする。
11	連　絡　先	横須賀市健康安全科学センター　　長澤　由美子 TEL　046-822-4057　　　FAX　046-822-5540

指示事項	
グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。

別紙詳細仕様書

仕様　（数量）

本体	必要電源	AC100V,50/60Hz・15A	1台
	寸法（mm）	500(W)×650（D）×860（H)以内	
	その他	・サンプルの温度を4℃に保持できる冷却機能があること。 ・ロータのセットに工具が不要であること。 ・修理が国内対応であること。 ・取扱説明書が日本語で記載してあること。	

附属品	アングルロータ 容量：1.5/2mL	サンプリングチューブを24本以上設置できること 最高回転数：15,000rpm以上 最大遠心力：21,500×g以上	1個
	アングルロータ 容量：50mL	サンプリングチューブを8本以上設置できること 最高回転数：10,000rpm以上 最大遠心力：13,420×g以上	1個
	スイングロータ、バケット、キャップ、アダプタ(5-10mL採血管/15mL(ガラス)	採血管、ガラス管を28本以上設置できること 最高回転数：3,000rpm以上（ガラス管） 最大遠心力：1,630×g以上 最高回転数：4,800rpm以上（採血管） 最大遠心力：4,150×g以上	1式

参考物品

メーカー名	久保田商事株式会社	数量	品番	日立工機株式会社	数量	品番
品名（本体）	ハイブリッド高速冷却遠心機	1	Model 6200	微量高速遠心機／小型冷却遠心機	1	CF16RN
附属品	アングルロータ（1.5/2mL×24本）	1	AF-2724A	アングルロータ（1.5/2mL×24本）	1	T15A39
	アングルロータ（50mL×8本）	1	AF-5008C	アングルロータ（50mL×8本）	1	T11A33
	スイングロータ（バケット付）	1	SF-2504S	スイングロータ（バケット付）	1	T5SS31
	シーリングキャップ（4個組）	1	055-0964	シールドキャップ（4個組）	1	S410252
	5-10mL採血管/15mL(ガラス）×28本用チューブラックアダプタ（4個組）	1	055-1140	15X7Sアダプタ（4個組）	1	S409810A

上記仕様に基づき、参考物品として指定した機種（2メーカーの機種のうち、1メーカーの機種を選択）以外の物品を納品しようとするときは、質問の期限までに下記の書類をファックス（FAX番号　046－828－3839）で送信し、承認を得ること。送信又は承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。

＊当該物品の製造先及び品番

＊当該物品のカタログ等の写し（仕様が明示された箇所のみ）